

# 静岡赤十字病院を受診された患者さんへ

当院では下記の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で診療情報等を研究目的に利用または提供されることを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。

承認番号 研究課題名	NO. 2022-16 自動分析装置と血液ガス分析装置間における Cl 測定値乖離の検討
当院の実施責任者及び 職名	検査部 臨床検査技師 渡辺 淳之介
多機関共同研究の場合 研究代表（責任）者	なし
研究期間（西暦）	当院倫理委員会承認後～2022年10月09日
対象期間（西暦）	2021年01月01日～2021年06月30日
研究の目的	電解質検査において、自動分析装置で測定する Cl 値と血液ガス分析装置で測定する Cl 値とでは度々値の乖離が認められる。この乖離は Cl の臨床的許容限界を大きく上回る場合もある。今回、この研究では、対象期間内における電解質と血液ガス検査結果を用いて、相関解析等の検討を行い、測定値乖離の原因を明らかにすることを目的としている。
研究の内容	対象期間内に電解質及び血液ガスが同時に測定されている患者さまの検査データを用いて、Cl 測定値乖離の原因を明らかにし臨床にフィードバックすることを目的とした後ろ向き研究である。
個人情報の取扱い	利用する情報から氏名や住所等の患者さまを直接特定できる個人情報は削除致します。また、研究成果は学会等で発表を予定していますが、その際も患者さまを特定できる個人情報は利用しません。
問い合わせ先 (拒否等受付窓口)	<b>【研究担当者】</b> 所属：静岡赤十字病院 検査部 氏名：臨床検査技師 渡辺 淳之介 住所：静岡県静岡市葵区追手町 8-2 電話：054-254-4311